

Przyszowice, 01.09.2021 r.

Centrum Medyczne „Zdrowie” Sp. z o. o. S. k.

Ul. Karczówkowska 45

25-713 Kielce

PYTANIA DO PRZETARGU*„Dostawa produktów/materiałów medycznych”**Nr sprawy: RPSW.09.02.03-26-0006/19*

SINMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, w oparciu o następujące pytania:

Pakiet nr 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o pojemności 0,5-0,8 l i wysokości 14 cm?

Pakiet nr 3, pozycja 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia”?

Pakiet nr 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne z okrągłym otworem, zgodnie z poniższymi zdjęciami?



Pakiet nr 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o pojemności 1,5 l i wysokości 17 cm?

Pakiet nr 3, pozycja 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia”?

Pakiet nr 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne z okrągłym otworem, zgodnie z poniższymi zdjęciami?

**Pakiet nr 3, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o pojemności 2,0 l i wysokości 22 cm?

Pakiet nr 3, pozycja 6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia”?

Pakiet nr 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne z okrągłym otworem, zgodnie z poniższymi zdjęciami?



Pakiet nr 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice o parametrach:

- Nitrylowe bezpudrowe, niebieskie- lawendowe
- Dostępne rozmiary (wszystkie rodzaje):XS, S, M, L, XL
- Kształt - rękawice pasują na prawą i lewą dłoń, powierzchnia matowa, dodatkowa wyczuwalna tekstura na palcach
- Mankiet wzmocniony – rolowany
- AQL - 1,5 - zgodnie z normą 455-1 (współczynnik naniesiony fabrycznie na opakowaniu)
- Wymiary zgodnie z EN 455-2
- Siła rozerwania zgodnie z EN 455-2 powyżej 6N
- Zawartość protein lateksowych zgodnie z normą EN 455-3 - brak protein lateksu
- Długość - minimum 240 mm
- Produkowane są zgodnie z normami EN 455 - 1,2,3,4; EN 374, EN 420, zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz posiadają również certyfikat dyrektywy 89/686/EEC i na tej podstawie zostały podwójnie oznakowane. Rękawice również przeszły testy na przenikalność wirusów zgodnie z amerykańską normą ASTM F 1671.

Z poważaniem