



Kielce, 02.12.2021r.

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE z dn.26.11.2021r
dostawa produktów/materiałów medycznych
ODPOWIEDZI na PYTANIA firmy SINMED Sp. z o.o. z dn. 30.11.2021r

Pytanie dot. SWZ

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na adres mailowy podany w SWZ podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odp: **TAK**

Pakiet nr 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści kompres pakowany po 5 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odp: **NIE**, kompresy jałowe pakowane po trzy sztuki zapewniają zużycie całego opakowania w zabiegach medycznych w pielęgniarstwie domowym. Z opakowania z 5 szt. nie wszystkie mogą być zużyte do opatrunków, a żeby zachować sterylność po otwarciu opakowanie nie zużyte kompresy trzeba będzie zutylizować.

Pakiet nr 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści opaskę o wymiarze 8 cm x 4 m?

Odp: **NIE**, są to dwa różne produkty.

Pakiet nr 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, jałowe rękawice o parametrach:

- Doskonała chwytność na mokro i sucho
- Kształt anatomiczny dający wyjątkowy komfort użytkowania
- Rolowany mankiet
- Spełniają wymagania stawiane przez normy ASTM D3577 (01) oraz EN 455 części : 1 - 3
- Produkowane zgodnie z systemem jakości ISO 9002 oraz Dobrą Praktyką Wytwarzania (GMP)
- Zawartość białek lateksowych poniżej 50 µg/g



- Test przepuszczalności wody – AQL 1,0 lub mniej
- Kształtowane w różnorodnych rozmiarach dla dopasowania do dłoni użytkownika
- Powierzchnia z mikroteksturą, zapewniająca doskonałą chwytliwość w środowisku mokrym i suchym.
- Łatwość zakładania; technologia zapobiegająca rolowaniu się rękawic na dłoniach użytkownika.
- Wewnętrzna miękkość zapewnia wyjątkowy komfort oraz naturalne dopasowanie
- Sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma (oznaczenie sterylizacji radiacyjnej na opakowaniu indywidualnym zewnętrznym)
- Testowane pod kątem bioobciążenia oraz jałowości.
- Ograniczenie możliwości wystąpienia niekorzystnych reakcji skórnych.
- Naturalny kolor przechodzący w biały – w zależności od miejscowej grubości.
- Warstwa wewnętrzna pokryta polimerem
- Pakowane w podwójne opakowanie: zewnętrzne powlekane folią polietylenową, wewnątrz w kopertę papierową (opakowanie indywidualne)
- 1 para (1 lewa i prawa) rękawic w opakowaniu indywidualnym, 50 opakowań w pojemniku?

Odp: NIE. Rękawice muszą spełniać normy określone dla rękawic medycznych zgodnie z przepisami wynikającymi z Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. z 2020, poz. 186) oraz dopuszczonych do obrotu i stosowania w służbie zdrowia.