

Ogłoszenie nr 2021-2093-81260

„ZESPOŁY MEDYCZNEJ OPIEKI DOMOWEJ 3”

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 3

Pytanie numer 1, data wysłania 2021-11-30, data opublikowania 2021-12-02

W specyfikacji podajecie państwo :

Maska FFP3 z zaworem wydechowym, zapakowana w jednorazowe sterylne opakowanie.

- 1) Czy maski mogą być pakowane po 2 lub 5 szt czy muszą być pakowane po 1 szt
- 2) Czy maski te muszą być sterylne, czy mogą być jedynie hermetycznie zapakowane w opakowanie foliowe?

Udzielono odpowiedzi

Maski muszą być pakowane po 1szt. Chory niesamodzielny oraz jego opiekun, którym wydane zostaną maseczki przy założeniu maseczki muszą mieć gwarancję, że z danego opakowania nie korzystały inne osoby i nie dotykały pozostałych w opakowaniu maseczek.

Maseczki mogą być hermetycznie zapakowane w opakowanie foliowe. Maseczki nie muszą być sterylne.

Pytanie numer 2, data wysłania 2021-12-02

Pojemnik na odpady medyczne 7 litrów

W szczegółach opisów podajecie Państwo wymiary, ale wskazują po przeliczeniu objętości na pojemność 13 litrów?

- 2) Czy te dane są prawidłowe?
- 3) Poproszę o wskazanie przykładowego produktu spełniającego te wymagania (producenta) / zdjęcie lub inne doprecyzowanie ponieważ bez tej wiedzy przy tych parametrach oferent nie jest w stanie przygotować rynkowej oferty.

Udzielono odpowiedzi

Pojemnik na odpady medyczne ma kształt prostopadłościanu zwężającego się ku dołowi. Z uwagi na ten kształt pojemnika podane wymiary (wraz z odchyleniami) oraz objętość (wraz z odchyleniami) są w opisie przedmiotu wskazane właściwie.

Przykładowy obraz produktu zamieszczono jako załącznik do ogłoszenia - źródło-
<https://www.apmedical.it/>

Pytanie numer 3, data wysłania 2021-12-02, data opublikowania 2021-12-02

Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne z warstwą pielęgnacyjną o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz.

Z uwagi na aktualne ograniczenia w dostępności na rynku rękawic nitrylowych, dopuszczacie Państwo możliwość dotarczenia rękawic z tymi samymi parametrami jakościowymi/medycznymi z wyjątkiem nasączenia wewnętrznej warstwy rękawic subs. nawilżającymi dłonie?

Udzielono odpowiedzi

Parametry jakościowe rękawic nitrylowych pozostają bez zmian. Z naszych doświadczeń w zamawianiu rękawic wynika, że każda próba obniżenia parametrów jakościowych kończyła się dostawą produktów, które były bardzo wadliwe, szybko się rozrywały, nawet przy samym zakładaniu, były uciążliwe w precyzyjnych zabiegach pielęgnacyjnych (wkłucia, iniekcje) lub też uczuły pacjentów. Wymagamy towaru zgodnego z opisem w zapytaniu.
